



Resposta 23/11/2021 15:19:02

Em consulta ao setor requisitante a área mínima de trabalho seria 940 x 610 x 630 mm, modelo de referência PCR T3.

Fechar



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS
GERAIS**

PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS DE EDITAL Nº 14/2021 - MNUDAP (11.05.02)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Juiz de Fora-MG, 23 de Novembro de 2021

RESPOSTA_A_PEDIDO_DE_ESCLARECIMENTO.pdf

Total de páginas do documento original: 1

(Assinado digitalmente em 30/12/2021 10:52)

WENNIA ANTUNES BAIA

DIRETOR

2357602

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.ifsudestemg.edu.br/documentos/> informando seu número: **14**, ano: **2021**, tipo: **PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS DE EDITAL**, data de emissão: **23/11/2021** e o código de verificação: **8e4f5b5724**